



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Travessa Valeriano Pagani, S/N - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ:
13.953.742/0001-83 Tel: 27 3741066 Fax: 2737421066 Site:

Anexo do Memorando nº ____/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Dotação		00059-1215000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
001	00027847	ANDADOR - Rodízio dianteiro Material: Alumínio	UND	1,00			
002	00024360	AR CONDICIONADO 12.000 BTU TIPO SPLIT - Tipo: Split Capacidade: Ciclo de 12.000 btus - Quente e frio	UN	20,00			
003	00027877	ARMÁRIO - MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 X LARGURA DE 70 A 110 CM PRATELEIRAS: 3 OU 04 CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA : 40KG CM	UND	3,00			
004	00027843	ARMÁRIO VITRINI - NUMERO DE PORTAS/MATERIAL DE CONFEÇÃO/ LATERIAIS DE VIDRO AÇO OU FERRO PINTADO	UND	1,00			
005	00027882	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LITROS - Autoclave com vaso de pressão em aço inox de no mínimo 50L. Para esterilizar artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão. Deve possuir sistema de rastreabilidade que cumpra a norma NBR ISO 13485. Deve possuir registro no INMETRO conforme portaria INMETRO N° 255 de 29/05/2014. Deve possuir display em lcd com no mínimo 4 programas de esterilização. Possibilitar secagem eficiente com porta fechada. Deve possuir 3 bandejas em alumínio ou aço inox. A tampa interna da porta deve ser em aço inox para maior segurança. A porta deve possuir abertura e travamento motorizados. Deve possuir sistema de ajuste para altitude automático visando evitar falhas na esterilização. Deve possuir desaeração e despressurização automáticas. Possuir programa de secagem extra, sistema eletrônico de cruzamento de dados, chave e trava da porta. Deve possuir monitoramento das informações preventivas e dos ciclos com relógio e calendário internos, alertas	UND	1,00			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Travessa Valeriano Pagani, S/N - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ:
13.953.742/0001-83 Tel: 27 3741066 Fax: 2737421066 Site:

Anexo do Memorando nº ____/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

		<p>periódicos para manutenção preventiva e monitoramento biológico, atualização do software por meio da porta USB e sistema para diagnóstico de falhas. Deve ser 220V. Deve apresentar junto com a proposta a comprovação do registro do fabricante no INMETRO.</p> <p>Potência mínima deve ser de 3500 Watts. O diâmetro do vaso de pressão deve ser de no mínimo 30 centímetros. A Profundidade do vaso de pressão deve ser de no mínimo 60 centímetros. Garantia mínima do fabricante de 2 anos. A embalagem deve conter o copo graduado, suporte de bandeja, 3 bandejas, suporte para bandejas, abraçadeiras, mangueira para despressurização, pen drive para atualização de software, filtro de água, mangueira para abastecimento e mangueira para válvula de segurança. Deve apresentar Registro ANVISA. Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com cópia do registro no CREA sendo esta responsável pela instalação e prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados. Oferecer treinamento para os usuários após a instalação dos equipamentos</p>					
006	00027881	<p>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Balança Pediátrica Eletrônica Antropométrica, capacidade 30kg possui concha anatômica em polipropileno com medida aproximada 540 x 290 mm em material antigermes; Faixa de medição antropométrica na concha de 0 a 54 cm; Gabinete em Plástico ABS; Display LED com 6 dígitos; Estrutura em aço carbono c/ cobertura plastica; Fonte externa aproximadamente 90 a 240 VAC com chaveamento automático; Função TARA até a capacidade máxima de pesagem. Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia. Deve apresentar</p>	UND	1,00			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Travessa Valeriano Pagani, S/N - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ:
13.953.742/0001-83 Tel: 27 3741066 Fax: 2737421066 Site:

Anexo do Memorando nº ____/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
		Registro ANVISA. Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com cópia do registro no CREA sendo esta responsável pela instalação e prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados.					
007	00027850	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL - Balança Digital Portátil, Deve possuir uma ampla plataforma de vidro temperado e alta capacidade de carga com pesagem aproximada de 6kg a 200kg. Desligamento automático, após 10 segundos; Design compacto e moderno; Tecnologia de pesagem Exata (sensores DMS); Visor Iluminado; Acionamento por pressão; Alimentação através de pilhas; Dimensões aproximadas: 380x330x27 mm. Deve apresentar Registro ANVISA. Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com cópia do registro no CREA sendo esta responsável pela prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados.	UND	3,00			
008	00027872	BALDE A PEDAL - Material: Aço inox Capacidade 49 litros	UND	1,00			
009	00027849	BANQUETA - MATERIAL DE CONFECÇÃO ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA Material: AÇO INOXIDÁVEL GIRATÓRIO	UND	2,00			
010	00027861	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - Material de Confecção: Estrutura apoio do braço tipo aço inoxidável Pedestal em aço inoxidável com altura regulável.	UND	1,00			
011	00028523	CADEIRA - MATERIAL DE CONFECÇÃO: aço ou ferro pintado; braços: possui; regulagem de altura: possui; rodízios: possui; assento e encosto: estofado	UND	3,00			
012	00027863	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO - Cadeira de Rodas Alumínio Construída em alumínio, Suportar acima de 120K apresenta chassi tubular robusto e resistente. Dobrável em sistema "X", profundidade de assento possível em aproximadamente 40 ou 42cm,	UND	1,00			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Travessa Valeriano Pagani, S/N - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ:
13.953.742/0001-83 Tel: 27 3741066 Fax: 2737421066 Site:

Anexo do Memorando nº ____/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

		<p>ajustável através de estrutura tubular do assento; altura do encosto disponível aproximadamente em 40 ou 42cm através de posicionamento do nylon do encosto; punhos anatômicos longos com empunhadura impregnada com ions de prata com efeito bacteriostático (impede propagação de bactérias); apoio de pés removível e rebatível interna e externamente com regulagem na altura das pedaleiras sem utilização de ferramentas, faixa de panturrilha ajustável (velcro). Apoio de braços removíveis com suporte de braços em espuma injetada e protetor lateral de roupas integrado a estrutura com trava de segurança. Garfo longo em alumínio com roda dianteira de 6" roda traseira de 24" com eixo quick release e pneu de borracha macia antifuro. Estofamentos de assento e encosto em nylon, resistentes e duráveis fixados com parafusos; Alavanca de freio ergonômica, sistema empurre e trave com alto grau de aderência; pedal para condutor (Tip-assist) integrado à almofada em espuma de alta densidade e capa de tecido impermeável. Garantia de 2 anos no chassi contra defeitos de fabricação. Deve apresentar Registro ANVISA. Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com copia do registro no CREA sendo esta responsável pela prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados</p>					
013	00027864	<p>CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA - Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">- Construída em alumínio- Estrutura dobrável em X- Pintura eletrostática epóxi- Estofamento em Nylon- Almofada em espuma- Rodas traseira de 24, injetadas em Nylon com pneus antifuro cinza- Rodas dianteiras de 6" com pneus antifuro cinza- Freios bilaterais- Protetor de roupas- Apoio para pés articulados e	UND	1,00			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Travessa Valeriano Pagani, S/N - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ:
13.953.742/0001-83 Tel: 27 3741066 Fax: 2737421066 Site:

Anexo do Memorando nº ____/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
		reguláveis em altura - Apoio para braços escamoteáveis - Eixo de desmontagem rápida (quick release) nas rodas traseiras - Faixa de panturrilha - Capacidade 100 Kg - Largura do assento 44 cm					
014	00027875	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA - EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA, Com movimentos automáticos, acionada por moto-redutor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis. Base construída em aço, protegida por debrun antiderrapante. Encosto de cabeça anatômico, removível com regulagem de altura e com sistema biarticulável. Caixa de ligação integrada na base da cadeira. Equipo Odontológico Equipo tipo flex, acoplado à cadeira, braço articulável com movimentos horizontais e verticais, com dispositivo de travamento pneumático para os movimentos verticais, acionado por botão localizado no corpo do equipo. Seleção automática das pontas, através de válvula pneumática construída em latão banhado com níquel químico trazendo durabilidade e visando evitar falhas nas canetas. Suporte das pontas individual construído em ABS de alto impacto. Mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis. Pedal progressivo de acionamento das pontas. Reservatório de água com capacidade mínima de 800 ml (p/ seringa e spray das pontas), translúcidos, de fácil acesso e pressurização automática. Composto por: uma Seringa tríplice com design	UND	1,00			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Travessa Valeriano Pagani, S/N - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ:
13.953.742/0001-83 Tel: 27 3741066 Fax: 2737421066 Site:

Anexo do Memorando nº ____/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

		<p>arredondado, bico giratório, removível e autoclavável, um terminal com fotopolimerizador led de 1200 mw/cm². um Terminal com micro motor odontológico esterilizável em autoclave, rotação de 25.000 rpm mais ou menos 10%, sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360° de peças acopladas e encaixe borden com contra ângulo com cabeça reduzida, com corpo em aço inoxidável e esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor intra, Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, transmissão 1:1, giro 360° no micromotor e rotação de 30.000 rpm mais ou menos 10%, sistema push botton e irrigação externa. , um Terminal com alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. Deve ter potência mínima de 16 W, Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado; . Unidade Auxiliar rebatível .Cuba da cuspeira removível para assepsia construída em porcelana. Corpo da unidade construído em aço maciço, com tratamento anti-corrosivo. Acionamento de água elétrico através sensor de presença possibilitando economia de agua em toda rede municipal. Corpo revestido em poliestireno de alto impacto ABS. Mangueiras arredondadas, leves, flexíveis, e engate rápido que conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Composta por: um sugador Venturi e um sugador a vácuo REFLETOR ODONTOLÓGICO, Refletor para uso odontológico com intensidade mínima de 30.000 Lux com acionamento localizado</p>				
--	--	--	--	--	--	--




FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Travessa Valeriano Pagani, S/N - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ:
13.953.742/0001-83 Tel: 27 3741066 Fax: 2737421066 Site:

Anexo do Memorando nº ____/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
		<p>no pedal da cadeira. Cabeçote em material resistente, com no mínimo 3 leds com iluminação direta com proteção dos leds em policarbonato, giro de 620°, luz fria e branca. Puxadores bilaterais em forma de alça removíveis sem uso de ferramentas para autoclavar.</p> <p>DOIS MOCHOS ODONTOLÓGICO À GÁS, Sistema de elevação do assento a gás, através de alavanca lateral. Encosto e assento amplo. Estofamento injetado com revestimento em PVC. Deve acompanhar Filtro de ar com vazão mínima de 690 litros/minutos à 6 bar de pressão, conexão de ¼ com engate rápido, corpo em alumínio, copo em policarbonato com dreno manual, elementos filtrantes de Polietileno, Coalescente e Carvão ativado, conjunto regulador e manômetro com variação de 0 a 10 bar. Deve apresentar Registro ANVISA. Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com cópia do registro no CREA sendo esta responsável pela instalação e prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados. Oferecer treinamento para os usuários após a instalação dos equipamentos.</p>				
015	00027862	<p>CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - Construído em tubos 7/8 ; pintados, tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Assento, Encosto e Braço frontal estofados em espumas, revestidos em corano; Pés com ponteiros plásticos; Dimensões: 0,45 x 0,55 x 0,90m Suporta até 150 Kg</p>	UND	3,00		
016	00027876	<p>CARRO MACA SIMPLES - Material: Aço inoxidável com grades laterais</p>	UND	2,00		
017	00027851	<p>CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - MATERIAL DE CONFECÇÃO SACO DE VINIL KIT COM MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ BALDE ESPREMEDOR/</p>	UND	1,00		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Travessa Valeriano Pagani, S/N - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ:
13.953.742/0001-83 Tel: 27 3741066 Fax: 2737421066 Site:

Anexo do Memorando nº ____/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
		POLIPROPILENO					
018	00025647	<p>COMPUTADOR DESKTOP - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em 17/05/2022 10:26 Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - Governo Federal</p> <p>www.fns2.saude.gov.br/fafweb/equipamento/eq_imprimir_java.asp?processo=13953742000122002 10/17 modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional</p>	UND	1,00			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Travessa Valeriano Pagani, S/N - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ:
13.953.742/0001-83 Tel: 27 3741066 Fax: 2737421066 Site:

Anexo do Memorando nº ____/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
		Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o				
019	00027853	DEA DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO - Desfibrilador Externo Automático (DEA) com recursos integrados de monitor ECG (com display), tipo onda bifásica, memória para gravação de no mínimo 80 eventos ou 2h de ECG, possuir gravação de som ambiente, alimentação bateria lítio recarregável, capacidade bateria mínimo de 200 descargas de 200J, acompanhada de pás adesivas descartáveis (com comprimento de cabo de, no mínimo, 1,5 m afim de garantir segurança ao usuário durante a terapia de choque), com auxílio ao usuário por imagens e mensagem de texto e voz, tipo módulo portátil, com maleta para transporte devidamente desenvolvida para o equipamento . Adaptável a qualquer paciente adulto ou criança; Peso global, já com bateria, menor que 2 kg; Avaliação automática do ECG do paciente, identificando a necessidade do choque; Visor que possibilite a visualização do traçado de ECG; Instrução por comando de voz em português; Auxílio sonoro (metrônomo) para a realização do procedimento RCP; Análise automática da impedância torácica do paciente para ajuste da forma da onda, apresentando energia de até 200 J e apresentando energia para crianças de 50 J (segundo Protocolo da American Heart Association); Executar autotestes periódicos de disponibilidade de bateria, dos circuitos internos, do software e da presença de eletrodos ou de necessidade de manutenção; Deverá possuir registro na ANVISA; Deverá vir acompanhado dos acessórios:	UND	1,00		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Travessa Valeriano Pagani, S/N - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ:
13.953.742/0001-83 Tel: 27 3741066 Fax: 2737421066 Site:

Anexo do Memorando nº ____/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
		Eletrodos adesivos multifunção adulto com identificação de posicionamento no paciente; Bolsa apropriada para acondicionamento e transporte do desfibrilador. Índice de proteção IPX 56 - Tempo máximo desde o início da análise do ritmo até a prontidão para descarga: 20 s. Tempo máximo desde o início da operação até a prontidão para descarga na energia máxima: 25 s. Acompanha acessório que auxilia e orienta a aplicação do RCP, orientação realizada por voz e por indicações visual da profundidade e frequência da RCP realizada, possibilitando uma reanimação cardiopulmonar efetivas. Dispositivo não descartável. – Assistência técnica no estado do ES por empresa devidamente registrada no CREA ES					
020	00027870	DESTILADOR DE ÁGUA - Destilador de Água: Capacidade do reservatório de quatro litros Cuba interna em aço Inox. compacta, com formato cilíndrico. Possuir vedação entre as partes mediante anel de silicone para manter a pressão interna. Corpo recoberto por termoplástico,. Velocidade de destilação de 1 litro por hora. Saída de água com filtro de carvão. Botão de acionamento. Desligamento automático quando acabar a água do reservatório interno. Corpo em aço Inox. Abastecimento manual Alimentação: 127 V~ Frequência: 60 Hz Potência: 750 W Tanque de pressão: Inox Volume Destilado: 1L/h Eficiência do calor: 95% Filtro: Filtro de carvão ativado Capacidade do reservatório: 3,5L. Deve apresentar Registro ANVISA. Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com cópia do registro no CREA sendo esta responsável pela instalação e prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados.	UND	1,00			
021	00027870	DESTILADOR DE ÁGUA - Destilador de Água: Capacidade	UND	1,00			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Travessa Valeriano Pagani, S/N - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ:
13.953.742/0001-83 Tel: 27 3741066 Fax: 2737421066 Site:

Anexo do Memorando nº ____/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
		<p>do reservatório de quatro litros Cuba interna em aço Inox. compacta, com formato cilíndrico. Possuir vedação entre as partes mediante anel de silicone para manter a pressão interna. Corpo recoberto por termoplástico,. Velocidade de destilação de 1 litro por hora. Saída de água com filtro de carvão. Botão de acionamento. Desligamento automático quando acabar a água do reservatório interno. Corpo em aço Inox. Abastecimento manual Alimentação: 127 V~ Frequência: 60 Hz Potência: 750 W Tanque de pressão: Inox Volume Destilado: 1L/h Eficiência do calor: 95% Filtro: Filtro de carvão ativado Capacidade do reservatório: 3,5L. Deve apresentar Registro ANVISA. Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com cópia do registro no CREA sendo esta responsável pela instalação e prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados.</p>				
022	00027858	<p>ELETRCARDIOGRAFO - Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 derivações. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo-reativo no formato A4. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames. O equipamento deve ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 3 kg com a bateria. Tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações. Teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada das informações do paciente como nome, idade, sexo, altura, peso. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto. Software interno de interpretação automática do ECG</p>	UND	1,00		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Travessa Valeriano Pagani, S/N - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ:
13.953.742/0001-83 Tel: 27 3741066 Fax: 2737421066 Site:

Anexo do Memorando nº ____/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

		na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS QT/QTc, eixos P-R-T. Porta RS232 e para comunicação com PC e LAN e possibilitar os registros de ECG via fax. Permitir a visualização dos exames no computador. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção; 1 tubo de gel para eletrodos; 20 rolo de papel termoreativo, 6 eletrodos precordiais com pêsca isenta de látex, carrinho de transporte com rodízios, freios e gaveta fabricado em polietileno anti-corrosivo, software em português e manual de instruções em português. Deve apresentar Registro ANVISA. Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com cópia do registro no CREA sendo esta responsável pela instalação e prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados. Oferecer treinamento para os usuários após a instalação dos equipamentos					
023	00027844	ESCADA COM DEGRAUS - AÇO INOXIDÁVEL	UND	5,00			
024	00027880	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - TIPO: ANALÓGICO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO	UND	1,00			
025	00027867	ESFIGNÔMETRO ADULTO - MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO ANALÓGICO	UND	2,00			
026	00027845	ESTADIÔMETRO - ALUMÍNIO	UND	1,00			
027	00023927	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Foco clínico com a finalidade de auxiliar na realização de exames clínicos e ginecológicos. Deve possuir haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada com 04 rodízios. Pintura em epóxi com no mínimo 250°C. Altura ajustável entre 90 cm e 165 cm aproximadamente. Deve possuir sistema de iluminação com lâmpada led. Iluminância 15.000 lux. Transformador de energia com	UND	2,00			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Travessa Valeriano Pagani, S/N - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ:
13.953.742/0001-83 Tel: 27 3741066 Fax: 2737421066 Site:

Anexo do Memorando nº ____/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
		chave seletora de tensão, possibilitando ao usuário determinar ao equipamento ser alimentado pela tensão 127 v/220 v 50/60HZ. . O equipamento deverá possuir Registro no Ministério da Saúde. Apresentar Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com registro no CREA-ES sendo esta responsável pela prestação de serviços durante o período de garantia; Oferecer treinamento para os usuários após a instalação;					
028	00027874	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - FOTOPOLIMERIZADOR Deve possuir potência de até 2500 mW/cm². Possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potencia de acordo com o procedimento necessário. Ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saúde. O led deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia.não deve ter fibra optica visando evitar quebras e custos para o município. Deve acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. A bateria deve ser de li-Ion de no mínimo 1300mAh, O led deve ser de no mínimo 5W de potência, o peso máximo deve ser de 300G. Deve apresentar Registro ANVISA. Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com copia do registro no CREA sendo esta responsável pela instalação e prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados. Oferecer treinamento para os usuários após a instalação dos equipamentos	UND	2,00			
029	00027866	IMPRESSORA LASER - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução	UND	2,00			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Travessa Valeriano Pagani, S/N - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ:
13.953.742/0001-83 Tel: 27 3741066 Fax: 2737421066 Site:

Anexo do Memorando nº ____/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
		mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;					
030	00027856	LANTERNA CLÍNICA - Lanterna clínica profissional para avaliação do reflexo da pupila e exames clínicos. Construída em alumínio, acionamento para ligar e desligar sem a necessidade de manter o dedo pressionado. Iluminação em LED de no mínimo 3 volts com vida útil aproximada de 10.000 horas. Mínimo de 05 cores para facilitar a divisão entre setores. Alimentação por 02 pilhas AAA. Deve apresentar Registro ANVISA.	UND	4,00			
031	00027852	MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR COM 03 GAVETAS - Material de Confeção: Madeira, MDP, MDF ou Similar	UND	11,00			
032	00027859	MESA DE EXAME - Estrutura com armário confeccionado em Madeira, MDP, MDF ou Similar	UND	1,00			
033	00027854	MESA DE MAYO - AÇO INOXIDÁVEL	UND	2,00			
034	00027878	MESA GINECOLÓGICA - ESTRUTURA					
034	00027878	MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO-FERRO PINTADO SEM ARMÁRIO	UND	3,00			
035	00027860	MESA PARA COMPUTADOR - COM 02 GAVETAS - MADEIRA, MDP, MDF OU SIMILAR	UND	1,00			
036	00027871	MOCHO ODONTÓGICO À GÁS - MOCHO ODONTOLÓGICO À GÁS, Sistema de elevação do assento a gás, através de alavanca lateral. Encosto e assento amplo. Estofamento injetado com revestimento em PVC. Deve apresentar Registro ANVISA. Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com cópia do registro no CREA sendo esta responsável pela prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados.	UND	2,00			
037	00027869	NO-BREAK - PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA	UND	1,00			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Travessa Valeriano Pagani, S/N - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ:
13.953.742/0001-83 Tel: 27 3741066 Fax: 2737421066 Site:

Anexo do Memorando n° ____/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
		<p>Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.</p>					
038	00023624	<p>NOTEBOOK - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo</p>	UND	1,00			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Travessa Valeriano Pagani, S/N - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ:
13.953.742/0001-83 Tel: 27 3741066 Fax: 2737421066 Site:

Anexo do Memorando nº ____/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
		acolchoad					
039	00027868	<p>OFTALMOSCÓPIO - Oftalmoscópio direto com lâmpada de LED de 2.5V com vida útil mínima de 50.000 horas. Possuir seleção mínima de 5 aberturas. Sistema óptico vedado. Deverá possuir Ótica esférica de precisão com apoio orbital macio. Disco com abertura pequena, abertura grande, fixação, semi-circulo e filtro para eliminação de vermelho. Carcaça resistente á poeira. Possuir no mínimo 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador de dioptrias iluminado. Possuir clipe de bolso e interruptor liga/desliga, borracha de proteção com cabeça em ABS resistente á impactos. Garantia da óptica por toda a vida. Cabo em metal para 2 pilhas alcalinas "AA". Deve apresentar Registro ANVISA. Declaração de Assistencia técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com copia do registro no CREA sendo esta responsável pela prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados.</p>	UND	1,00			
040	00027857	<p>OTOSCÓPIO SIMPLES - Otoscópio com transmissão da luz por fibra óptica, possuir lâmpada de LED 2.5V com vida útil mínima de 50.000 horas, lente giratória com aumento mínimo de 3 vezes, cabeça altamente resistente á impactos, conexão para otoscopia pneumática, acionamento através de botão liga/desliga, possui conveniente clipe de bolso e cabo em metal para 2 pilhas alcalinas "AA" acompanha estojo macio para acondicionamento e transporte.</p>	UND	3,00			
041	00027855	<p>OXÍMETRO DE PULSO - Oxímetro de Pulso de Mesa Deve possuir visor colorido de LCD de alta resolução mínimo 6", Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências Exibição contínua em tempo real das ondas pletismográficas, valores medidos, dados cronológicos, tendências de medição, parâmetros de alarme e informações do paciente, possuir 3</p>	UND	1,00			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Travessa Valeriano Pagani, S/N - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ:
13.953.742/0001-83 Tel: 27 3741066 Fax: 2737421066 Site:

Anexo do Memorando nº ____/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
		<p>modos de exibição: dígitos grandes; mesa e gráfico; Alarmes sonoros ajustáveis e programáveis Botões liga/desliga; silenciar alarme; modo de exibição; Funciona ligado na energia e com bateria interna recarregável de lítio, autonomia aproximada de 5 horas; porta de rede para comunicação com computador Capacidade de monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no mínimo 100 horas de tendências. Peso aproximado 2 k com bateria. O Equipamento deve ser aprovado pelo INMETRO e possuir garantia mínima de 01 ano. Deve apresentar Registro ANVISA. Acompanha 2 sensores de oximetria, 01 adulto ,01 neonatal.</p>					
042	00027873	<p>SELADORA - Seladora Automática de fácil operação, com design e pintura eletrostática moderna, largura da selagem: 13mm, desenvolvida com alta tecnologia, operando com o princípio de esteira, possibilitando a alimentação contínua de embalagens, com a mesma qualidade de selagem. Controle eletrônico de temperatura mínimo até 300°C. Suporte e cortador de bobinas com faca de duplo corte. Potência mínima: 130 Watts. Para uso exclusivo profissional em hospitais, clínicas e outros segmentos que utilizam embalagens de grau cirúrgico. Dimensões: 380mm x 380 x 180mm. Deve apresentar Registro ANVISA. Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com cópia do registro no CREA sendo esta responsável pela prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados.</p>	UND	2,00			
043	00025015	<p>SUPORTE DE SORO - Tipo: pedestal Material de Confeção: aço inoxidável</p>	UN	1,00			
044	00027865	<p>TELEVISOR - Tela de 41" Smart Resolução Full HD, Conectividade Wi-Fi Direct</p>	UND	1,00			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Travessa Valeriano Pagani, S/N - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ:
13.953.742/0001-83 Tel: 27 3741066 Fax: 2737421066 Site:

Anexo do Memorando n° ____/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
		Entradas HDMI, USB e ethernet Processador Hyper Real, HDR e Sistema de espelhamento de smartphone					
045	00027879	TENS E FES - NÚMERO DE CANAIS: 04 CANAIS	UND	1,00			
				Quantidade	102,00	Valor Total	
						Valor Total Geral	

Data: ___/___/___

Assinatura do Fornecedor/
Carimbo com CNPJ